

COVIDIEN

positive results for life™

Thermomètre électronique FILAC™ 3000
Guide utilisation

Pour des mesures de température en Oral/Axillaire :

S'assurer que la chambre d'isolation BLEUE est correctement assemblée.



S'assurer que le mode souhaité est sélectionné sur l'écran LCD.



Pour changer de site, appuyer sur le bouton sélection du site.



Mettre en place un nouveau couvre-sonde FILAC 3000 et insérer la sonde dans le site choisi.

Oral



Pour une mesure orale, insérer l'extrémité de la sonde dans les creux sublinguaux (voir le schéma). Le patient doit fermer ses lèvres autour de la sonde pendant la mesure.

Axillaire



Pour une mesure axillaire, insérer l'extrémité de la sonde dans le creux axillaire contre la peau et baisser le bras. La sonde doit être parallèle au bras baissé.



Pendant la mesure, la barre de progression sera affichée. Un long BIP indiquera la fin de la mesure et le résultat sera affiché sur l'écran.



Après la mesure, éjecter le couvre-sonde et l'éliminer dans un conteneur pour déchets médicaux.

Pour une mesure rectale : pour la profondeur d'insertion, merci de vous référer au manuel d'instruction

S'assurer que la chambre d'isolement ROUGE est correctement assemblée.



Après lubrification (si besoin), insérer la sonde dans le rectum. Pour obtenir un bon contact avec les tissus, incliner légèrement la sonde après l'insertion.



Pendant la mesure, la barre de progression sera affichée. Un long BIP indiquera la fin de la mesure et le résultat sera affiché sur l'écran.



Après la mesure, éjecter le couvre-sonde et l'éliminer dans un conteneur pour déchets médicaux. Les couvre-sonde de la chambre rectale doivent toujours rester dans la chambre d'isolation rectale rouge.

Mode DIRECT

L'icône tortue signifie que le mode direct a été activé. Ceci peut être dû à un contact insuffisant avec les tissus ou une température instable. Pour plus de détails, merci de consulter le manuel d'utilisation de l'appareil.

Chronomètre

Le chronomètre peut être sélectionné en pressant l'icône horloge. Des BIP sonneront à 15, 30, 45 et 60 secondes.

°C/°F

Pour changer l'affichage Celsius / Fahrenheit, appuyer sur le bouton °C/°F.

COVIDIEN

COVIDIEN, le logo COVIDIEN et toutes les autres marques sont des marques déposées de Covidien AG ou de ses filiales.
© 2008 Covidien AG ou ses filiales.Tous droits réservés.
2008/1 TY0639

Covidien S.A.S
2, Rue Denis Diderot
CS 60075
78852 Elancourt Cedex
FRANCE
+33 (0) 1 30 79 80 00 [T]
+33 (0) 1 30 79 80 30 [F]

COVIDIEN Switzerland Ltd.
Roosstrasse 53
Postfach
CH-8832 Wollerau
SWITZERLAND
+ 41 (0) 44 786 50 50 [T]
+ 41 (0) 44 786 50 10 [F]

Covidien Belgium BVBA/SPRL
Generaal De Wittelaan 9/5
2800 Mechelen
BELGIUM
+ 32 (0)15 29 44 50 [T]
+ 32 (0)15 29 44 55 [F]
covidien.belgium@covidien.com [E]

www.covidien.com